



"Ақтобе облысының денсаулық сақтау басқармасы"  
мемлекеттік мекемесінің шаруашылық жүргізу құқығындағы  
"Облыстық перинаталдық орталығы"  
мемлекеттік коммуналдық кәсіпорны

Государственное коммунальное предприятие "Областной перинатальный центр" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения  
"Управление здравоохранения Актыобинской области"

ПРОТОКОЛ № 07/Г  
г. Актобе, Юго-Запад 1, район  
Астана, Юго-запад 1, квартал  
Промзона, 471 В

11.00 ч  
местного времени

27.01.2023 г

### Протокол об итогах тендера

по закупу диагностических медицинских изделий на 2023 год

Тендерная комиссия в составе:

- Альдешов А.Ж. Заместитель директора по экономическим вопросам и административно-хозяйственному обеспечению ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области, председатель тендерной комиссии
- Есенаманова С.М. Заместитель директора по амбулаторно-поликлинической работе ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», заместитель председателя тендерной комиссии
- Гайдай А.Н. Заместитель директора по лечебной работе и качеству оказанию медицинской помощи ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», член комиссии
- Байсеуова И.И. Главный бухгалтер ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», член комиссии, член комиссии
- Жумабаева Р.Х. Юрист ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», секретарь комиссии

провела тендер по закупу диагностических медицинских изделий на 2023 год:

1. Наименование и краткое описание медицинских изделий, сумма, выделенная для закупки по лотам (таблица № 1):

Таблица №1

№ лота	наименование товара	Ед.изм	Общ ее коли чест во	Стоимость за единицу товара (тенге)	Сумма, выделенная из бюджета (тенге)
1	Набор для проведения пренатального скрининга в 1 триместре беременности на анализаторе AutoDelfia (480 определений в 1 наборе)	набор	17	2 428 299	41 281 083
2	Фильтровальные бланки для пренатального скрининга (1000 шт в уп)	упаковка	11	284 580	3 130 380
3	Усиливающий раствор на анализатор AutoDelfia, в 1 упаковке 8*250мл	упаковка	2	812 106	1 624 212
4	Набор диагностических реагентов для количественного определения тиретропного гормона ТТГ в образцах крови в составе, 960 определений с бланками, на анализатор AutoDELFLA	набор	14	1 227 636	17 186 904
5	Набор для определения фенилаланина в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию на анализаторе DELFLA Victor	набор	17	828 144	14 078 448
6	Наконечники для дозирования реагентов	упаковка	2	351 378	702 756
<b>ИТОГО</b>					<b>78 003 783</b>

2. Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки (таблица № 2).

Таблица 2.

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциальных поставщиков	Дата предоставления заявок	Время предоставления заявок
1	ТОО «Samgau Global»	РК, Талгарский район, Бесагашский с.о., село Бесагаш, ул.Райымбек батыра, д.277, кв.43	17.01.2023	11.10 ч

3. Квалификационные данные, отражены в приложении № 1 к данному протоколу.

4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией указаны в приложении № 2 к протоколу итогов.

5. Тендерная документация претендентов на поставку медицинских изделий оценивалась по соответствию требованиям тендерной документации и требованиям технической спецификации.

Сопоставление тендерных заявок проводилось на основании предоставленных условий и цены.

6. Экспертное заключение отражено в приложении № 4 к данному протоколу.

7. Наименование и местонахождение победителя тендера по каждому состоявшемуся лоту на основании наименьшей цены (таблица № 3):

Таблица № 3

№ лота	наименование товара	Общее количество	Наименование поставщика	Ценовое предложение за единицу товара	Общая сумма ценового предложения
1	Набор для проведения пренатального скрининга в 1 триместре беременности на анализаторе AutoDelfia (480 определений в 1 наборе)	17	ТОО «SamgauGlobal»	2 428 297	41 281 049
2	Фильтровальные бланки для пренатального скрининга (1000 шт в уп)	11	ТОО «SamgauGlobal»	284 578	3 130 358
3	Усиливающий раствор на анализатор AutoDelfia, в 1 упаковке 8*250мл	2	ТОО «SamgauGlobal»	812 104	1 624 208
4	Набор диагностических реагентов для количественного определения тиретропного гормона ТТГ в образцах крови в составе, 960 определений с бланками, на анализатор AutoDELFIА	14	ТОО «SamgauGlobal»	1 227 634	17 186 876
5	Набор для определения фенилаланина в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию на анализаторе DELFIA Victor	17	ТОО «SamgauGlobal»	828 142	14 078 414
6	Наконечники для дозирования реагентов	2	ТОО «SamgauGlobal»	351 376	702 752

8. Техническая спецификация отражена в приложении № 3 к данному протоколу:

9. Закуп признан несостоявшимся, по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку.

10. На основании пп.130-41 параграф 4, главы 9-1, а так же пп.130-43 параграф 4, главы 9-1 Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» - «Если тендер в целом или какой-либо лот признаны несостоявшимися по основанию подачи только одной заявки, соответствующей требованиям тендерной документации, то заказчиком или организатором закупа осуществляется закуп способом из одного источника у потенциального поставщика, подавшего данную заявку», признать победителем ТОО «SamgauGlobal», осуществить в закуп из одного источника по лотам: № 1 «Набор для проведения пренатального скрининга в 1 триместре беременности на анализаторе AutoDelfia (480 определений в 1 наборе)», № 2 «Фильтровальные бланки для пренатального скрининга (1000 шт в уп)», № 3 «Усиливающий раствор на анализатор AutoDelfia, в 1 упаковке 8\*250мл», № 4 «Набор диагностических реагентов для количественного определения тиретропного гормона ТТГ в образцах крови в составе, 960 определений с бланками, на анализатор AutoDELFIА», № 5 «Набор для определения фенилаланина в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию на анализаторе


DELFIA Victor», № 6 «Наконечники для дозирования реагентов», на сумму **78 003 657,00** тенге. Заключение договора с победителем до 06 февраля 2023 года.


За данное решение проголосовали 5 (пять) голосов


Альдешов А.Ж.  Заместитель директора по экономическим вопросам и административно-хозяйственному обеспечению ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», председатель тендерной комиссии

Есенаманова С.М.  Заместитель директора по амбулаторно-поликлинической работе ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», заместитель председателя тендерной комиссии

Гайдай А.Н.  Заместитель директора по лечебной работе и качеству оказанию медицинской помощи ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», член комиссии

Байсеуова И.И.  Главный бухгалтер ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», член комиссии, член комиссии

Жумабаева Р.Х.  Юрист ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», секретарь комиссии

Секретарь комиссии  Умирзаков М. С., специалист по государственным закупкам ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области»



**Приложение № 1**

**к протоколу об итогах № 07/Т от 27.01.2023 г. по закупку диагностических медицинских изделий на 2023 год**  
 Наименование и местонахождение потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки, а также их квалификационные данные:

№ п/п	Наименование потенциального поставщика	Адрес потенциальных поставщиков	Дата предоставления заявок	Время предоставления заявок
1	ТОО «Samgau Global»	РК, Талгарский район, Бесагашский с.о., село Бесагаш, ул.Райымбек батыра, д.277, кв.43	17.01.2023 г.	11.10 ч.

**вскрыты и они содержат:**

1. ТОО «Samgau Global» на лоты:
- Лот № 1 Набор для проведения пренатального скрининга в 1 триместре беременности на анализаторе AutoDelfia (480 определений в 1 наборе)
  - Лот № 2 Фильтровальные бланки для пренатального скрининга (1000 шт в уп)
  - Лот № 3 Усиливающий раствор на анализатор AutoDelfia, в 1 упаковке 8\*250мл
  - Лот № 4 Набор диагностических реагентов для количественного определения тиретропного гормона ТТГ в образцах крови в составе, 960 определений с бланками, на анализатор AutoDELFLIA
  - Лот № 5 Набор для определения фенилаланина в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию на анализаторе DELFLIA Victor
  - Лот № 6 Наконечники для дозирования реагентов

Тендерная заявка на 96 стр. с платежным поручением, техническая спецификация на 36 стр. прошита, пронумерована, заверена подписью, состоит:

№	Наименование документа	Дата и номер	Краткое содержание	Кем подписан документ	Оригинал, Копия, засвидетельствованная копия	Стр.
1.	Заявка на участие в тендере	16.01.2023 г. БН	Приложение 2 к тендерной документации	Кусаева И.А.	Оригинал	3-6
2.	Письмо о квалификации юридического лица	№16	Квалификация юридического лица	Кусаева И.А.	Оригинал	7-8
3.	Талон о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления определенного действия	04.01.2023 г. №KZ17UCA0 0024761	Уведомление об оптовой реализации медицинских изделий	Подпись сервера	Электронная копия	9-10
4.	Письмо об ежегодном аудите	№15	О том, что не подлежит обязательному ежегодному аудиту	Кусаева И.А.	Оригинал	11-12
5.	Справка о государственной перерегистрации юридического лица	06.01.2023 г. №101006353 14191	Справка о государственной перерегистрации юридического лица	Подпись сервера	Электронная копия	13-16
6.	Письмо об учредителе	№14	Письмо об учредителе	Кусаева И.А.	Оригинал	17-18
7.	Устав	04.04.2019 г. БН	Устав. Основной вид деятельности	Кусаева И.А.	Копия	19-34
8.	Изменения к уставу	03.09.2020 г. №3133	Изменения к уставу	Кусаева И.А.	Копия	35-36

9.	Решение единственного учредителя	04.04.2019 г. №1	Решение единственного учредителя	Абдулина И.А.	Копия	37-38
10.	Приказ	04.04.2019 г. №2	Приказ о назначении директора	Абдулина И.А.	Копия	39-40
11.	Решение единственного участника	10.08.2020 г. БН	Решение единственного участника	Кусаева И.А.	Копия	41-42
12.	Приказ об изменении фамилии	14.10.2019 г. №3	Приказ об изменении фамилии	Кусаева И.А.	Копия	43-44
13.	Сведения об отсутствии налоговой задолженности	13.01.2023 г. №230113TD R01986	Сведения об отсутствии налоговой задолженности по состоянию 13.01.2023 г.	Подпись сервера	Электро нная копия	45-52
14.	Таблица цен по лоту №1	16.01.2023 г. БН	Приложение 4 к приказу	Кусаева И.А.	Оригина л	53-56
15.	Таблица цен по лоту №2	16.01.2023 г. БН	Приложение 4 к приказу	Кусаева И.А.	Оригина л	57-60
16.	Таблица цен по лоту №3	16.01.2023 г. БН	Приложение 4 к приказу	Кусаева И.А.	Оригина л	61-64
17.	Таблица цен по лоту №4	16.01.2023 г. БН	Приложение 4 к приказу	Кусаева И.А.	Оригина л	65-68
18.	Таблица цен по лоту №5	16.01.2023 г. БН	Приложение 8 к приказу	Кусаева И.А.	Оригина л	69-72
19.	Таблица цен по лоту №6	16.01.2023 г. БН	Приложение 8 к приказу	Кусаева И.А.	Оригина л	73-76
20.	Письмо о соответствии товаров МИ	№13	Письмо о соответствии товаров требованиям тендерной документации	Кусаева И.А.	Оригина л	77-80
21.	Письмо о сопутствующих услугах	№12	Письмо о сопутствующих услугах	Кусаева И.А.	Оригина л	81-82
22.	Приложение 1	БД БН	Приложение 1	Кусаева И.А.	Оригина л	83-88
23.	Талон о приеме уведомления о начале или прекращении деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемиологической значимости	04.01.2023 г. №KZ53UWP 00041706	Уведомление о начале или прекращении деятельности (эксплуатации) объекта незначительной эпидемиологической значимости	Подпись сервера	Электро нная копия	89-92
24.	Гарантийное письмо	№11	Гарантийное письмо	Кусаева И.А.	Оригина л	93-96
25.	Техническая спецификация	БД БН	Техническая спецификация	Кусаева И.А.	Оригина л	3-6
26.	Регистрационное удостоверение и приложение к нему	РК-МТ- 5№020086 12.02.2020 г.	Регистрационное удостоверение и приложение к нему	Асылбеков Н.А.	Электро нная копия	7-18
27.	Регистрационное удостоверение и приложение к нему	РК-МТ- 5№019827 23.12.2019 г.	Регистрационное удостоверение и приложение к нему	Асылбеков Н.А.		19-32
28.	Письмо гарантия	№17	Письмо гарантия о том, что в	Кусаева И.А.	Оригина	33-36

			случае победы в тендере, предоставим все необходимые документы		л	
29.	Электронный носитель	БД БН	Записаны: Техническая спецификация в формате «doc»; Опись документов ТОО «SAMGAU GLOBAL» согласно тендерной документации	-	Оригина л	-
30.	Платежное поручение	№5 16.01.2023 г.	Гарантийное обеспечение тендерной заявки по лоту: №1-6	Кусаева И.А.	Оригина л	-

Альдешов А.Ж.

Заместитель директора по экономическим вопросам и административно-хозяйственному обеспечению ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области, председатель тендерной комиссии

Есенаманова С.М.

Заместитель директора по амбулаторно-поликлинической работе ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», заместитель председателя тендерной комиссии

Гайдай А.Н.

Заместитель директора по лечебной работе и качеству оказанию медицинской помощи ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», член комиссии

Байсеуова И.И.

Главный бухгалтер ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», член комиссии, член комиссии

Жумабаева Р.Х.

Юрист ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», секретарь комиссии

Секретарь комиссии

Умирзаков М. С., специалист по государственным закупкам ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области»

Handwritten signatures of the commission members and secretary.

Приложение № 2

к протоколу об итогах № 07/Г от 27.01.2023 г. по закупку диагностических медицинских изделий на 2023 год  
Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией:

№ лота	наименование товара	Общее количество	Срок поставки товаров	Наименование потенциального поставщика	Ценовое предложение за единицу товара в тенге от поставщиков	Общая сумма ценового предложения на товар в тенге от поставщиков	Дополнительные условия от поставщиков	Альтернативные виды поставки от поставщиков
1	Набор для проведения пренатального скрининга в I триместре беременности на анализаторе AutoDelta (480 определений в 1 Фольгтройальные бланки для пренатального скрининга (1000 шт. F.UH)	17	По заявке заказчика, в течении 2023 года	ТОО «Samgau Global»	2 428 297,00	41 281 049,00	нет	нет
2	Усиливающий раствор на анализатор AutoDelta, в 1 упаковке 8*250мл	11	По заявке заказчика, в течении 2023 года	ТОО «Samgau Global»	284 578,00	3 130 358,00	нет	нет
3	Набор диагностических реагентов для количественного определения тиреотропного гормона ТТГ в образцах крови в	2	По заявке заказчика, в течении 2023 года	ТОО «Samgau Global»	812 104,00	1 624 208,00	нет	нет
4	Набор для определения фенилаланина в сухих пятых крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на	14	По заявке заказчика, в течении 2023 года	ТОО «Samgau Global»	1 227 634,00	17 186 876,00	нет	нет
5	Набор для определения фенилаланина в сухих пятых крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на	17	По заявке заказчика, в течении 2023 года	ТОО «Samgau Global»	828 142,00	14 078 414,00	нет	нет
6	Наконечники для дозирования реагентов	2	По заявке заказчика, в течении 2023 года	ТОО «Samgau Global»	351 376,00	702 752,00	нет	нет



Заместитель директора по экономическим вопросам и административно-хозяйственному обеспечению ГКУ «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актиубинской области», председатель тендерной комиссии Альтемов А.Ж.

Заместитель директора по амбулаторно-поликлинической части ГКУ «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актиубинской области», заместитель председателя тендерной комиссии Есенаманова С.М.

Заместитель директора по лечебной работе и качеству оказания медицинской помощи ГКУ «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актиубинской области» Гайдай А.Н.

Главный бухгалтер ГКУ «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актиубинской области» Байсеуова И.И.


Юрист ГКУ «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актиубинской области», секретарь комиссии Жумабаева Р.Х.

Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller ones.

**Приложение № 3**  
к протоколу об итогах тендера № 07/Т от 27.01.2023 г. по закупке диагностических медицинских изделий на 2023 год

Техническая спецификация

№ лота	Наименование товара	Краткая характеристика
1	Набор для проведения пренатального скрининга в I триместре беременности на анализаторе AutoDelfia (480 определений в 1 наборе)	<p>Набор для количественного определения PAPP-A (Ассоциированного с беременностью протеин А плазмы человека) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека (свободная бета-ХГЧ) в материнской крови, высушенной на фильтровальной бумаге, для пренатального скрининга беременных на хромосомную патологию плода в первом триместре беременности с использованием на закрытом анализаторе. Применяются совместно с программами вычисления степени риска LifeCycle (TM). Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличие. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615/640 нм (испускание)- в наличие</p> <p>Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок)- в наличие</p> <p>Концентрационный диапазон измерения: для PAPP-A = 0-22 Ед/л, для свободной бета-субъединицы ХГЧ = 0-500 нг/мл – в наличие Стандарты на фильтровальных бланках (Ватман №903), не менее 6 уровней, откалиброванные по второму стандарту ВОЗ №80/558 – в наличие Контроли на фильтровальных бланках (Ватман №903), 3 уровня – в наличие Процент разброса в параллелях (CV%) для стандартов и контролей не более 10% по каждому из маркеров – в наличие Аналитическая чувствительность – менее чем 0.1 Ед/л для ПАПП-А и менее чем 8 нг/мл для св. бета ХГЧ – в наличие Воспроизводимость - не менее 98% в пределах срока годности – в наличие Состав набора: Стандарты (1 уп), контроли (1 уп), меченые Eu антитела к PAPP-A (5фл), меченые Sm антитела к ХГЧ (5 фл), буфер для инкубации (5 фл), микротитровальные планшеты (5 шт.), покрытые антителами к PAPP-A и к свободной бета-субъединицы ХГЧ, сертификат контроля качества – в наличие На 480 определений по сухим пятнам крови - в наличие. Маркировка CE marked - в наличие</p>
2	Фильтровальные бланки для пренатального скрининга (1000 шт в уп)	<p>Бумага TFN производится из 100% чистого хлопкового очеса без добавок для усиления прочности во влажном состоянии. Состав бумаги может влиять на стабильность собранного образца. Мунктелл полностью контролирует производственный процесс, чтобы гарантировать постоянство состава, равномерную толщину, скорость фильтрации, чистоту и поглощающую способность, обеспечивая высокое качество. Фильтровальные бланки для взятия крови беременных prenatal DBS cards, 1уп./ 1000 бланков. - Фильтровальные тест – бланки на основе фильтровальной бумаги S&amp;S 903, изготовленной из 100% хлопка. Внешний вид – форма прямоугольника, размером 70x120 мм, с текстом инструкции по взятию крови, тремя кружками для взятия крови. Плотность – 186.3 (160-195) г/м. Толщина – 0.531(0.46 – 0.58) мм. Объем сыворотки – 1.54 (1.37 – 1.71) мкл на диск размером 3.2 мм. Время адсорбции сыворотки – 5.7 (5 - 30) сек. Диаметр пятна при нанесении 100 мкл сыворотки – 16 (15 – 17) мм. Фасовка – 1000 штук/упаковка. Условия хранения – 8 +25 С. Срок годности – 2 года с даты производства</p>
3	Усиливающий раствор на анализатор AutoDelfia, в 1 упаковке 8*250мл	<p>Усиливающий, готовый к использованию раствор с Тритон X-100, глицином, гидрохлорной кислотой и хелаторами – в наличие. Объем (8*250ml). Маркировка CE marked - в наличие</p>
4	Набор диагностических реагентов для количественного определения тиротропного гормона ТТГ в образцах крови в	<p>Наборы для определения тиротропного гормона в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз диаметром 3.2мм с использованием для закрытого анализатора Метод - иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидной (Eu) метки – в наличие Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие Концентрационный диапазон измерения от 0 до 250 мкЕд/мл - в наличие Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и</p>





	составе, 960 определений с бланками, на анализатор AutoDELFLIA	60 мкЕд/мл (положительный) – в наличие Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие Состав набора: Стандарты, контроли, меченые Eu антитела к тиреотропному гормону, буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент, микротитровальные планшеты (12 шт.), покрытые антителами к тиреотропному гормону, сертификат контроля качества - в наличие Условия хранения: +2...+8С Стандартизована в соответствии с требованиями Международного общества неонатального скрининга (NCCLS) – в наличие Плотность -186.3 (160-195) г/м Толщина - 0.531 (0.46 - 0.58) мм Объем сыворотки - 1.54 (1.37-1.71) мкл на диск размером 3.2 мм На 1152 определений по сухим пятнам крови – в наличие Маркировка CE marked - в наличие
5	Набор для определения фенилаланина в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию на анализаторе DELFIA Victor	Наборы для количественного определения фенилаланина в образцах крови ФКУ на 960 определении с использованием для закрытого анализатора. Применяются совместно с программами вычисления степени риска LifeCycle (TM). Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличие Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие Концентрационный диапазон измерения от 24 до 908 мкмоль/л - в наличие Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) – в наличие Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие Состав набора: Фенилаланин стандарты 0,5;1,5;2,5;10,5;20,5 мг/дл 6 полосок по 4 пятна на каждой концентрации, 4упаковки; Фенилаланин контроли с низким и высоким содержанием, 2 полоски по 4 пятна каждой концентрации, 4 упаковки; Буферный раствор pH 5.8 2 флакона; L –лейцил-L-аланин 4 флакона; Нингидрин 4 флакона; медный реактив, 2 флакона- в наличие На 960 определений по сухим пятнам крови – в наличие Маркировка CE marked - в наличие
6	Наконечники для дозирования реагентов	Наконечники для дозирования реагентов. Совместимы с анализатором AutoDelfia Материал - Пластик; Стерильность - Не стерильные; Объем наконечника - 1,25 мл; Количество наконечников в упаковке - 960 шт Регистрационное удостоверение - наличие

Альдешов А.Ж.

подпись

Заместитель директора по экономическим вопросам и административному хозяйственному обеспечению ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области, председатель тендерной комиссии

Есенаманова С.М.

подпись

Заместитель директора по амбулаторно-поликлинической работе ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», заместитель председателя тендерной комиссии

Гайдай А.Н.

подпись

Заместитель директора по лечебной работе и качеству оказанию медицинской помощи ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», член комиссии

Жумабаева Р.Х.

подпись

Юрист ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», член комиссии

Байсеуова И.И.

подпись

Главный бухгалтер ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области», член комиссии, член комиссии

Секретарь комиссии Умирзаков М. С., специалист по государственным закупкам ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актыобинской области»

**Экспертное заключение**

по лотам № 1 «Набор для проведения пренатального скрининга в 1 триместре беременности на анализаторе AutoDelfia (480 определений в 1 наборе)», № 2 «Фильтровальные бланки для пренатального скрининга (1000 шт в уп)», № 3 «Усиливающий раствор на анализатор AutoDelfia, в 1 упаковке 8\*250мл», № 4 «Набор диагностических реагентов для количественного определения тиретропного гормона ТТГ в образцах крови в составе, 960 определений с бланками, на анализатор AutoDELFLIA», №5 «Набор для определения фенилаланина в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию на анализаторе DELFLIA Victor», №6 «Наконечники для дозирования реагентов»

Я, Черничко Ирина Николаевна являюсь врачом-лаборантом консультативно-диагностического отделения ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» и экспертом по лотам № 1, 2, 3, 4, 5, 6. Рассмотрела представленные технические спецификации от ТОО «Samgau Global».

По результатам анализа можно сделать следующее заключение.

**По лоту № 1 «Набор для проведения пренатального скрининга в 1 триместре беременности на анализаторе AutoDelfia (480 определений в 1 наборе)»:**

Тендерной заявкой ТОО «Samgau Global» был предложен набор для проведения пренатального скрининга в 1 триместре беременности от производителя Wallac Oy, Финляндия. Представленная техническая спецификация потенциальным поставщиком ТОО «Samgau Global» соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика.

**По лоту № 2 «Фильтровальные бланки для пренатального скрининга (1000 шт в уп)»:**

Тендерной заявкой ТОО «Samgau Global» были предложены фильтровальные бланки для пренатального скрининга от производителя Wallac Oy, Финляндия. Представленная техническая спецификация потенциальным поставщиком ТОО «Samgau Global» соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика.

**По лоту № 3 «Усиливающий раствор на анализатор AutoDelfia, в 1 упаковке 8\*250мл»:**

Тендерной заявкой ТОО «Samgau Global» был предложен усиливающий раствор на анализатор AutoDelfia от производителя Wallac Oy, Финляндия. Представленная техническая спецификация потенциальным поставщиком ТОО «Samgau Global» соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика.

**По лоту № 4 «Набор диагностических реагентов для количественного определения тиретропного гормона ТТГ в образцах крови в составе, 960 определений с бланками, на анализатор AutoDELFLIA»:**

Тендерной заявкой ТОО «Samgau Global» был предложен набор диагностических реагентов для количественного определения тиретропного гормона ТТГ в образцах крови в составе, 960 определений с бланками от производителя Wallac Oy, Финляндия. Представленная техническая спецификация потенциальным поставщиком ТОО «Samgau Global» соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика.

**По лоту № 5 «Набор для определения фенилаланина в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию на анализаторе DELFLIA Victor»:**

Тендерной заявкой ТОО «Samgau Global» был предложен набор для определения фенилаланина в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию от производителя Wallac Oy, Финляндия. Представленная техническая спецификация потенциальным поставщиком ТОО «Samgau Global» соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика.

**По лоту № 6 «Наконечники для дозирования реагентов»:**

Тендерной заявкой ТОО «Samgau Global» были предложены наконечники для дозирования реагентов от производителя Wallac Oy, Финляндия. Представленная техническая спецификация потенциальным поставщиком ТОО «Samgau Global» соответствует требованиям технической спецификации тендерной документации заказчика.

**Эксперт:**

**Врач-лаборант**

консультативно-диагностического отделения  
ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ  
ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области»



Черничко И. Н.

«27» января 2023 года.