

№ лота	Наименование товара	ед изм	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тг	Техническая характеристика	Условия поставки	Условия оплаты
Диагностические медицинские изделия								
1	Набор для проведения пренатального скрининга в I триместре беременности на анализаторе AutoDeFia (480 определений в 1 наборе)	набор	25	2 428 299	60 707 475	Набор для количественного определения РАР-А (Ассоциированного с беременностью протеина А плазмы человека) и свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека (свободная бета-ХГЧ) в материнской крови, высушенной на фильтровальной бумаге, для пренатального скрининга беременных на хромосомную патологию плода в первом триместре беременности с использованием на закрытом анализаторе. Применяются совместно с программами вычисления степени риска LifeCycle (TM). Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличие. Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615/640 нм (испускание) – в наличие Измерение флуоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие Концентрационный диапазон измерения: для РАР-А = 0-22 Ед/л, для свободной бета-субъединицы ХГЧ = 0-500 нг/мл – в наличие Стандарты на фильтровальных бланках (Ватман №903), не менее 6 уровней, откалиброванные по второму стандарту ВОЗ №80/558 – в наличие Контроли на фильтровальных бланках (Ватман №903), 3 уровня – в наличие Процент разброса в параллелях (CV%) для стандартов и контролей не более 10% по каждому из маркеров – в наличие Аналитическая чувствительность – менее чем 0.1 Ед/л для ПАПП-А и менее чем 8 нг/мл для св.бета ХГЧ – в наличие Воспроизводимость - не менее 98% в пределах срока годности – в наличие Состав набора: Стандарты (1 уп), контроли (1 уп), меченые Eu антитела к РАР-А (5фл), меченые Sm антитела к ХГЧ (5 фл), буфер для инкубации (5 фл), микрофильтровальные планшеты (5 шт.), покрытые антителами к РАР-А и к свободной бета-субъединицы ХГЧ, сертификат контроля качества – в наличие На 480 определений по сухим пятнам крови - в наличие. Маркировка CE marked - в наличие	По заявке заказчика, в течение 2022 года	Перечисление, по факту поставок
2	Фильтровальные бланки для пренатального скрининга (1000 шт в уп)	упаковк а	10	284 580	2 845 800	Бумага FPN производится из 100% чистого хлопкового оееса без добавок для усиления прочности во влажном состоянии. Состав бумаги может влиять на стабильность собранного образца. Мункетинг полностью контролирует производственный процесс, чтобы гарантировать постоянство состава, равномерную толщину, скорость фильтрации, чистоту и поглощающую способность, обеспечивая высокое качество. Фильтровальные бланки для взятия крови беременных ргепатал DBS cards, 1уп./ 1000 бланков. - Фильтровальные тест – бланки на основе фильтровальной бумаги S&S 903, изготовленной из 100% хлопка. Внешний вид – форма прямоугольника, размером 70х120 мм, с текстом инструкции по взятию крови, тремя кружками для взятия крови. Плотность – 186,3 (160-195) г/м. Толщина – 0,531(0,46 – 0,58) мм. Объем сыворотки – 1,54 (1,37 – 1,71) мкл на диск размером 3,2 мм. Время адсорбции сыворотки – 5,7 (5 - 30) сек. Диаметр пятна при нанесении 100 мкл сыворотки – 16 (15 – 17) мм. Фасовка – 1000 штук/упаковка. Условия хранения – 8 +25 С. Срок годности – 2 года с даты производства	По заявке заказчика, в течение 2022 года	Перечисление, по факту поставок
3	Усиливающий раствор на анализатор AutoDeFia, в 1	упаковк а	8	812 106	6 496 848	Усиливающий, готовый к использованию раствор с Тритон X-100, глицинном, глдрохлорной кислотой и хелаторами – в наличие. Объем (8*250ml). Маркировка CE marked - в наличие	По заявке заказчика, в течение 2022 года	Перечисление, по факту поставок

