

Утверждаю:
 Директор ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ
 Темирбаева Г.Б.



Объявление о проведении тендера

Наименование и адрес заказчика или организатора:

Государственное коммунальное предприятие «Областной перинатальный центр» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Юридический адрес, бизнес-идентификационный код, банковских счет заказчика, организатора закупа или единственного дистрибьютора:

Актюбинская область, г. Актюбе, район Астана, Юго-Запад 1, квартал Промзона, 471 «В», индекс 030001 / D00E5C7, БИН 000840002541, БИК EURKZKKA, ИИК KZ8294803KZT22031542, АО «Евразийский Банк».

№ лота	Наименование медицинского изделия	ед изм	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тг	Техническая характеристика	Условия поставки	Условия оплаты
1	Система для аутотрансфузии	Шт	1	19 910 000,00	19 910 000,00	Система аутотрансфузии - интеллектуальная, простая и адаптируемая система аутотрансфузии, которая автоматически обеспечивает неизменно высокое качество сбора, концентрации, промывки и реинфузии аутокрови. Может использоваться в следующих областях, но не ограничиваться ими: общая, сердечно-сосудистая, ортопедия, пластическая/реконструктивная хирургия, акушерство/ гинекология и нейрохирургия, послеоперационная терапия. Система питается от сети и размещается на полу. Дисплейный экран обеспечивает пользователей информацией о аутотрансфузии в режиме реального времени в графическом и цифровом форматах. Пользовательский интерфейс включает	Не позднее 15 календарных дней со дня заключения договора	Перечислени е, по факту поставок

в себя сенсорный экран, который реагирует на прикосновения руки (пальца) как в перчатке, так и без перчаток.

Электрическая классификация: Класс I, Тип В (линия всасывания / антикоагулянта). Напряжение: от 110 В ~ до 240 В ~. Частота: 50 Гц / 60 Гц. Фаза: однофазная; Сила тока: от 10 ВА до 425 ВА. Предохранители: наличие.

Шнур питания: наличие.

Скорость потока и давление Центрифуги: от 0 до не менее 10 000 об / мин ($\pm 5\%$),

Насоса: от 0 мл / мин до не менее 600 мл / мин ($\pm 5\%$),

Вакуума: от 200 мБар до не менее 280 мБар

Датчик веса для Самозапуска: 800 мл ± 200 мл.

Высота (без стойки для внутривенных вливаний) не более 80,5 см

Глубина не более 42,5 см

Вес не более 32 кг.

Диапазон дисплея не более 7 дюймов

Рабочие характеристики:

- Объем емкости для центрифуги: 135 мл
- Цикл заполнения 600мл/мин
- Объем отмытых эритроцитов 250 мл/пульсирующая подача
- Система также может быть использована в ручном режиме
- Время выполнения 1 цикла: +/- 3 мин 30 сек.
- Встроенный вакуум
- Резервуар/съемный контейнер излока,

	<p>может быть использован после операции</p> <p>Требования к условиям эксплуатации</p> <p>Требования к помещению: Площадь помещения: от 10 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 10~30°C Относительная влажность: ~70 % Атмосферное давление: 86~106 кПа Электропитание 200-240В.</p> <p>Условия гарантийного обслуживания медицинским центрами в поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц</p> <p>Сервисного техника в поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц</p> <p>Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев.</p> <p>Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал.</p> <p>Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:</p> <ul style="list-style-type: none"> - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей <p>МТ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной
--	--

						блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

Место поставки: Актюбинская область, г. Актюбе, район Астана, Юго-Запад 1, квартал Промзона , 471 «В»

Сроки поставки: Не позднее 15 календарных дней со дня заключения договора

Время начала и окончания приема заявок с обратным отсчетом оставшегося времени: с 10.00 ч. 30.10.2023 г. по 10.00 ч. 20.11.2023 г.

Фамилии, имена, отчества (при их наличии) и должности членов комиссии:

Председатель - Альдешов А. Ж. (заместитель директора по экономическим вопросам и административно-хозяйственному обеспечению)

Заместитель председателя – Гайдай А. Н. (заместитель директора по лечебной работе и качеству оказания медицинской помощи)

Члены: Тлеуова А. А. – врач-трансфузиолог

Жумабаева Р. Х. – юрист

Байсеува И. И. – главный бухгалтер

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность секретаря комиссии

Умирзаков М. С. – специалист по государственным закупкам