

Утверждаю:

Директор ГКП «Областной перинатальный центр» на ПХВ

Темирбаева Г.Б.

10.01.2024 г.

## Объявление о проведении тендера

Наименование и адрес заказчика или организатора:

Государственное коммунальное предприятие «Областной перинатальный центр» на праве хозяйственного ведения государственного учреждения «Управление здравоохранения Актюбинской области»

Юридический адрес, бизнес-идентификационный код, банковских счет заказчика, организатора закупа или единого дистрибьютора:

Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, Юго-Запад 1, квартал Промзона, 471 «В», индекс 030001 / D00E5C7, БИН 000840002541, БИК EURIKZKA, ИИК KZ8294803KZT22031542, АО «Евразийский Банк».

№ лота	Наименование медицинского изделия	ед изм	Кол-во	Цена, тг	Сумма, тг	Техническая характеристика	Условия поставки	Условия оплаты
1	Усиливающий раствор на анализатор AutoDelfia, в 1 упаковке 8*250мл	упаковка	4	871 942,0	3 487 768,00	Усиливающий, готовый к использованию раствор с Тритон X-100, глицином, гидрохлорной кислотой и хелаторами – в наличии. Объем (8*250ml). Маркировка CE marked - в наличии	По заявке заказчика, в течении 2024 года	Перечисление, по факту поставок
2	Набор диагностических реагентов для количественного определения тиреотропного гормона ТТГ в образцах крови в составе, 960 определений с бланками, на анализатор AutoDELFLIA	набор	17	1 318 090,00	22 407 530,00	Наборы для определения тиреотропного гормона в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз диаметром 3.2мм с использованием для закрытого анализатора Метод - иммунофлуоресценция с разрешением по времени на основе лантанидной (Eu) метки – в наличии Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличии Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличии Концентрационный диапазон измерения от 0 до 250 мкЕд/мл - в наличии Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60 мкЕд/мл (положительный) – в наличии Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличии Состав набора: Стандарты, контроли, меченые Eu антитела к тиреотропному гормону, буфер для инкубации, промывочный реагент, усиливающий реагент, микротитровальные планшеты (12 шт.), покрытые антителами к тиреотропному гормону, сертификат контроля качества - в наличии Условия хранения: +2...+8С Стандартизована в соответствии с требованиями Международного общества неонатального скрининга (NCCLS) – в наличии Плотность -186.3 (160-195) г/мл Толщина - 0.531 (0.46 - 0.58) мм Объем сыворотки - 1.54 (1.37-1.71) мкл на диск размером 3.2 мм На 1152 определений по сухим пятнам крови – в наличии Маркировка CE marked - в наличии	По заявке заказчика, в течении 2024 года	Перечисление, по факту поставок

3	Набор для определения фенилаланина в сухих пятнах крови новорожденных для проведения неонатального скрининга на фенилкетонурию на анализаторе DELFIA Victor	набор	20	889 165,00	17 783 300,00	Наборы для количественного определения фенилаланина в образцах крови ФКУ на 960 определений с использованием для закрытого анализатора. Применяются совместно с программами вычисления степени риска LifeCycle (TM). Метод – иммунофлюоресценция с разрешением по времени на основе лантанидных (Eu и Sm) меток – в наличие Длины волн измерения - 340 нм (возбуждение) и 615 нм (испускание) – в наличие Измерение флюоресценции на микропланшетах (96 лунок) – в наличие Концентрационный диапазон измерения от 24 до 908 мкмоль/л - в наличие Контроли на фильтровальных бланках (Whatman №903), 2 уровня: 15 мкЕд/мл (отрицательный) и 60мкЕд/мл (положительный) – в наличие Чувствительность - менее чем 2 мкЕд/мл – в наличие Состав набора: Фенилаланин стандарты 0,5;1,5;2,5;10,5;20,5 мг/дл 6 полосок по 4 пятна на каждой концентрации, 4упаковки; Фенилаланин контроли с низким и высоким содержанием, 2 полоски по 4 пятна каждой концентрации, 4 упаковки; Буферный раствор рН 5.8 2 флакона; L – лейцил-L-аланин 4 флакона; Нингидрин 4 флакона; медный реактив, 2 флакона- в наличие На 960 определений по сухим пятнам крови – в наличие Маркировка CE marked - в наличие	По заявке заказчика, в течении 2024 года	Перечисление, по факту поставок
	<b>ИТОГО</b>				<b>43 678 598,0</b>			

Место поставки: **Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, Юго-Запад 1, квартал Промзона , 471 «В»**

Сроки поставки: **По заявке заказчика, в течении 2024 года**

Время начала и окончания приема заявок с обратным отчетом оставшегося времени: **с 10.00 ч 11.01.2024 г. по 10.00 ч 31.01.2024 г.**

Фамилии, имена, отчества (при их наличии) и должности членов комиссии:

**Председатель - Альдешов А.Ж. (заместитель директора по экономическим вопросам и административно-хозяйственному обеспечению)**

**Заместитель председателя - Есенаманова С.М. (заместитель директора по амбулаторно-поликлинической работе)**

**Члены: Гайдай А.Н. (заместитель директора по лечебной работе и качеству оказанию медицинской помощи)**

**Жумабаева Р.Х. – юрист**

**Байсеува И.И. – главный бухгалтер**

Фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность секретаря комиссии

**Умирзаков М.С. – специалист по государственным закупкам**